

## **ΚΑΡΤΕΣ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.**

### Ποσότητες για ένα χρόνο.

1. Οι κάρτες να είναι με γέλη.
2. Κάρτες προσδιορισμού ομάδος αίματος με ευθεία και ανάστροφή μέθοδο με δυο διαφορετικούς κλώνους για το D (250 ομάδες).  
Να περιέχει control μη ειδικών αντιδράσεων.
3. Κάρτες προσδιορισμού φαινότυπου Rhesus, D, Cw και KELL. Να προσδιορίζεται το D αντιγόνο στην ίδια ή σε άλλη κάρτα που θα προσφερθεί στον ίδιο κωδικό (250 ομάδες).
4. Κάρτες NaCl ανάστροφου προσδιορισμού ομάδος, ενζυματικών τεχνικών και ψυχροσυγκολλητινών (2.000 tests).
5. Κάρτες άμεσης coombs, συμβατοτήτων και έμμεσης coombs (4.000 tests).
6. Κάρτες άμεσης Coombs – ανάλυση (50 εξετάσεις).
7. Κύτταρα ερυθρών για screening (13 τεμάχια).
8. Διαλύτης για παρασκευή εναιωρημάτων για όλες τις εξετάσεις (4.000 tests).
9. Διαλύτης για παρασκευή ερυθροκυτταρικών διαλυμάτων έτοιμων προς χρήση για τον ανάστροφο προσδιορισμό ομάδων (για 250 ομάδες)
10. Κύτταρα ερυθρών A1B για ανάστροφη (1 τεμάχιο).
11. Αντιοροί Duffy (a,b) και λεκτίνες A1 και H με CE για χρήση σε κάρτες γέλης (από 1 τεμάχιο).
12. Να δοθεί κατάλογος των Νοσοκομείων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, να είναι μεγάλα Νοσοκομεία της Αττικής.
13. Να δοθεί σχετική βιβλιογραφία.
14. Να υπάρχει πολυετής αποδεδειγμένη εμπειρία του οίκου, στα αντιδραστήρια που προσφέρει.
15. Να έχουν υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψημότητα, αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Να δίνει καθαρές αντιδράσεις. Να μη δίνει ψευδείς.
16. Όλα τα αντιδραστήρια να κατοχυρώνονται απ την ίδια εταιρεία, για να υπάρχει ομοιομορφία στο αποτέλεσμα.
17. Να δοθεί απαραίτητα και συνοδός εξοπλισμός.  
Ο συνοδός εξοπλισμός να περιλαμβάνει:
  - A. Φυγόκεντρο για κάρτες DG Gel.
  - B. Επωαστικό για κάρτες και ορούς.
  - Γ. Επαναληπτική πιπέτα.
  - Δ. Στατώ εργασίας.
  - Ε. Δοσομετρητή (2 τεμάχια).

18. Τα ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια χρήσεως πέρα των 30 ημερών.
19. Τίπς για επαναληπτική πιπέτα, (10.000 τεμάχια).
20. Τα αντιδραστήρια και τα διαλύματα να έχουν απαραίτητα σήμανση CE και πιστοποιητικά CE και ISO για την εκτέλεση των εξετάσεων.